TANITA

デジタルヘルスメーター

System203

取扱説明書
No.1562



このたびは、タニタデジタルヘルスメーターを、お買い上げいただき、
まことにありがとうございます。本品を正しく、ご使用いただくために、
取扱説明書をよくお読みください。
精密機器につき絶対に分解はしないでください。

各部のよびかた



ご使用の前に

本品には、バッテリーがついていませんので、006P バッテリーをお買い上げの上ご使用ください。



表示ボックス裏面のバッテリーカバーをはずし、バッテリー006Pタイプを正しく接続してください。



表示ボックスとヘルスメーター本体を正しくセットし、コードを本体にセットしてください。



このヘルスメーターは、表示部を、柱、壁等に取付けられます。取付方法は、壁掛けハンガーを、ビス、又は、粘着テープで貼り付け、表示部を取付けます。

ご使用方法



スタートボタンを指先で軽く押すと表示は、888 を表示します。



0.5秒後に 0.0 を表示しますので5秒以内に乗り、計量してください。

計量が終り、本体から降りると、表示数字は、自動的に消えます。

ご使用上の注意

- 888 表示中は、電子回路を正常に作動させるためのチェック時間です。この表示をしているときには、乗らないでください。
- 0.0 表示してから5秒以内に計らない場合、表示が消え、同時に電源も自動的に切れるしくみになっています。
- 体重を計ったあと、本体から降りますと、電源は自動的に切れます。
- 万一、30秒間過ぎても表示が消えない場合は、バッテリーをはずして表示を消し、再びバッテリーを入れてお使いください。
- マイクロコンピューターやバッテリーを使用していますので、湿気の多い所や、水けのある所に置かないでください。
- 本品は、畳やジュータン等の上では正確な測定が出来ませんので堅い平らな所に置いてお使いください。
- 水でぬれた時は、乾いた布で拭き、汚れた時は、水又は家庭用洗剤を湿した布で拭き、その後、乾いた布で拭き取ってください。熱湯、ベンジン、シンナー等は、使用しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、バッテリーを取りはずして、保管してください。
- 最大荷重136kgを超える荷重が加わりますと OL を表示します。
- とび乗り、とび降りなど急激な衝撃を与えますと故障の原因になります。
- 注油は一切必要ありません。

バッテリー交換について

- 表示部が Lo となりますと、バッテリーがなくなったことを表わしますので、すぐに取り替えてください。
- バッテリーは、新品の006Pを使用してください。
- 古いバッテリーのときは Lo も表示しないことがあります。

特長

(1)オートパワーオフシステム

測定の後、約1秒間で電源が自動的に切れます。

(2)スタート0(ゼロ)システム

スタートスイッチを押した時、電子的に0kgの位置を決めます。

(3)バッテリーチェックシステム

バッテリーがなくなると、表示部が、Lo となり、バッテリーの交換時期を知らせます。

(4)このデジタルヘルスメーターは136kgまではかれます。<最大計量136kg>

従来のヘルスメーター最大計量100kg<当社比>

(5)バッテリーは家族5人各自1日1回の測定で約半年間使用できます。

TANITA System203保証書

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行なうことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番	No.1562
保証期間	本体 お買い上げ日より 1年
お買い上げ日	年 月 日

お客様	ご住所 お名前 様 電話 ( )
販売店	住所・店名 電話 ( )

株式会社 タニタ
〒174 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03(3558)8111(代表)

〈無料修理規室〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。

2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

3.ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社営業所へご相談ください。

4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ㋑ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ㋺ お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
- ㋩ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- ㋥ 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載)に使用された場合の故障及び損傷
- ㋭ 本書の指示がない場合
- ㋬ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合

5.本書は、日本国内においてのみ有効です。

6.本書は、再発行致しませんので粉失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は弊社営業所にお問い合わせください。

精度の保証範囲

● このデジタルヘルスメーターは、計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査の上出荷しております。なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

100kgまではかる場合	± 1 kg
100kgをこえ136kgまではかる場合	±1.5kg

● このデジタルヘルスメーターは体重を計ることが主な目的ですので品物の売買取引やその他の目方を証明する場合にはお使いになれませんが、学校や病院等で体重を測定し証明する場合は差しつかえありません。

通産省令
適合マーク

正
家庭用

検査合格印

総合検査

株式会社 タニタ

本社・東京営業部門 〒174 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03(3558) 8111(代表)
大阪営業所 〒550 大阪市西区立売堀1-4-12 ☎06 (541) 3151(代表)
名古屋営業所 〒460 名古屋市中区大須1-24-51 ☎052(201) 6391～3
福岡営業所 〒816 福岡市博多区麦野4-2-6 ☎092(575) 5761(代表)
札幌出張所 〒060 札幌市東区北34条東22-123-8 ☎011(786) 5611～2
仙台出張所 〒980 仙台市宮城野区榴岡1-6-8 ☎022(299) 7161(代表)

消費者サービスセンター 〒174 東京都板橋区前野町1―14―2 ☎03(3967) 9655

お願い ご不審の点がありましたら、お買い上げ販売店、または弊社発売元へお問い合わせください。

83104031